※本装具の使用に際しては必ず取扱説明書をよくお読み下さい。本取扱説明書はお読みになった後も大切に保管して下さい。

トービック　201N　取扱説明書

商標登録 No. 1925825

警告　（この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります）

- 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合確認しご使用いただく装具です。
- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用下さい。
- 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士に相談し、指示に従って下さい。
- 使用期間及び使用状況によって、縫製部分などが破損する場合があります。破損した場合はすぐに使用を中止して下さい。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないで下さい。
- ご本人以外のご使用はお止め下さい。

注意　（この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります）

- 装着前に必ず本体、ベルト、パッド等に異常がないか確認して下さい。
- 装着の際は、上下、左右、表裏を確認し装着して下さい。
- ベルトは緩まないように装着して下さい。
- 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直して下さい。
- 強くベルトを締めた状態で長時間使用されますと、痛みや血行障害を生じる恐れがあります
- 常に乾燥させてご使用下さい。

装着方法（左足の場合）

- 本装具の上下、左右、表裏を確認して下さい。〔①〕
- バニオンドーナツパッド、メタタルザルパッドをセットします。〔②〕
- もう一方のベルトを斜めの方向から通します。〔③〕
- 本体を母趾に被せ、バニオンドーナツパッドを合せます。〔④〕
- メタタルザルパッドが横アーチの位置に合うように足底部のベルトを通し、片方のベルトを後方に回します。〔⑤〕
- 足底部からのベルトと後方から回したベルトを留めます。〔⑥〕

①



②



③



④



⑤



⑥



洗濯について

- 中性洗剤で手洗いし、陰干しして下さい。
- 漂白剤、乾燥機は使用しないで下さい。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元　　世界遺産　石見銀山

中村ブレイス株式会社

本　　社/〒694-0305　島根県大田市大森町ハ１３２

TEL(0854)89-0231(代)　FAX(0854)89-0018

東京事務所/〒158-0097　東京都世田谷区用賀１－１０－３

世田谷ビジネススクエア ヒルズⅡ　2F-25 号

TEL(03)3709-9361　　FAX(03)3709-9362

2013.6